

# TUTORIEL REGLER LE DEBIT

à retrouver sur [www.rex-air.com](http://www.rex-air.com)



## 1 Allumer la pompe



APPUYER ET MAINTENIR LA TOUCHE « MARCHE/ARRÊT » JUSQU'À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN DU MENU PRINCIPAL

## 2 Régler le débit

**1** Atteindre le menu « FLOW SET » avec les touches « NAV »

**2** Valider en appuyant sur touche « MARCHE/ARRÊT »

**3** Utiliser les boutons « + / - » pour ajuster au débit souhaité

La pompe GILAIRPLUS propose 2 plages de débit : bas et haut débits (1 seule pompe pour vos prélèvements bas et haut débits).

→ La plage de débit se règle en utilisant la clé hexagonale standard de 2 mm (fournie dans BOXAIR) qui permet de modifier la position de la valve de contrôle du débit.

### • Bas débit = entre 0,02 et 0,449 L/min

→ La valve de contrôle du débit doit être réglée pour un fonctionnement à bas débit (l'indicateur **Lo** s'affiche dans la ligne d'état du bas).



### • Haut débit = au-delà de 0,449 jusqu'à 5 L/min

→ La valve de contrôle du débit doit être réglée pour un fonctionnement à haut débit (l'indicateur **Hi** s'affiche dans la ligne d'état du bas).

